



uca

Unidad Centralizada de Adquisiciones
Ministerio de Economía y Finanzas



- 1) Item 16 - Kit Cirugía Altamente Especializada - Agradecemos especificar:
 - a) características de los campos, en especial de los campos de paciente, de mesa ganchera, mesa de mayo, etc. Necesitamos saber, si los mismos llevan algún tipo de costura, fenestro (cantidad, tamaño y posición en el campo), u otro tipo de corte u agujero, no especificado en el pliego.
 - b) ¿ los campos deben ser hidrofílicos (absorbentes) o impermeables ?

Se elimina la mesa ganchera.

La costura es la habitual. (MESA MAYO).

Fenestro: al no tener mesa ganchera no se considera.

Los campos deben ser impermeables con capa de nylon.

- 2) Item 17 - Kit Litotricia Percutanea - Agradecemos especificar características de los campos referente a los fenestros (cantidad, tamaño y posición), si los hubiera, así como lugar donde va la bolsa colectora y si lleva algún tipo de chapa de sujeción (y de que material).

Después de la adjudicación se coordinara con FFAA y Hospital Maciel quienes estableceran las características de los fenestros, por lo que estos no se tomarán en cuenta para el análisis de las ofertas.

- 3) Items Kits de Cirugía (12,14,16,17) – Agradecemos especificar, si el kit lleva algún otro elemento no especificado en el pliego como ser clips metálico, pinzas, etc.

Los clip, pinzas y accesorios no es determinante para la adjudicación.

La envoltura debe ser quirúrgica: Se doblan al medio juntando los bordes . Se doblan en 3 con los bordes hacia dentro. (a lo largo).

A lo largo se dobla hacia el medio juntando los extremos, doblándose nuevamente hacia los extremos.

- 4) Item 18 – Kit Paciente Pediátrico – Agradecemos especificar medidas de poncho, chiripas, gorros y botas.

Se considera suficientemente descripto en el anexo correspondiente .

- 5) Item 38 y 39, Bolsas para Cuerpo Bioseguridad – Agradecemos especificar medidas y gramaje.

Realizada de tela no tejida con una capa de nylon impermeable o laminada. De las siguientes medidas: 1 metro x 2 metros de largo con cierre en el largo total, con costura overlak doble.

- 6) Dado que hasta el momento, el doblado solicitado por los distintos hospitales es diferente entre si, agradecemos especificar exactamente como deben venir doblados los elementos (el doblado quirúrgico).

Se responde en la pregunta Nro. 3. además ver anexo adjunto

- 7) Control interno de esterilización – Cuantos por kit ? 1 control por Kit además del externo ?

Son 2 por kit, uno interno y otro externo.



uca

Unidad Centralizada de Adquisiciones
Ministerio de Economía y Finanzas



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

- 8) Confirmación de cantidades solicitadas – En especial de los ítems 7, 8, 9, 12, 22 y 23, 24 al 28.

Las cantidades solicitadas, multiplican en algunos casos, por 10 las cantidades consumidas por la Administración.

De acuerdo a esto, y en caso de no ajustarse las cantidades, solicitamos ver la posibilidad de permitir cotizar cantidades menores al 60%.

Se solicito a los Centros, especialmente ASSE reconfirmar cantidades en caso de haber cambios será comunicado a todos los proveedores

- 9) Informamos a ustedes los ítems de Ropa descartable licitados y consumidos por la Administración y que no están incluidos en el presente llamado – Sábanas 1.6x2.2, Campos autoadhesivos oftalmológicos con bolsa y Fundas para fibra óptica descartable

Los productos licitados son los que figuran en el anexo.

[Handwritten signatures and names]
ELENABONANNI

[Handwritten signature]
ESP. GUSTAVO BALDASSARI
POR UCA